



„ПРОГРЕС“ АД
Стара Загора

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

ОП 8.03-02

**КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ИЗПИТВАНЕ**

**8. ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ**

Версия: 01

**8.3.УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(Възможност А)**

Ревизия: 00

ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА "БСА"

1. ЦЕЛ

Настоящата процедура определя правилата за позоваване на акредитация, предоставена от ИА "БСА" в Комплексна лаборатория за изпитване.

2. КОМПЕТЕНТНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ

2.1. Ръководител КЛИ отговаря за:

- правилното използване позоваването на акредитацията, предоставена от ИА "БСА"

2.2. Отговорникът по качеството отговаря за:

- правилното приложение на позоваването на акредитацията, предоставена от ИА „БСА“ в Протоколите от изпитването.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

3.1.Общи правила за позоваване на акредитация, предоставена от ИА „БСА“ в Комплексна лаборатория за изпитване

Издадените от КЛИ протоколи от изпитване без позоваване на акредитация не се възприемат като официални документи, издадени в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:..., по който стандарт е акредитирана КЛИ.

Позоваването на акредитация се счита за еквивалентно на използването на акредитационен символ.

3.1.1.Позоваване на акредитация

Когато се прави позоваване на акредитация, без употреба на акредитационен символ, КЛИ включва следната информация:

- Регистрационния номер на сертификата за акредитация;
- Датата на издаването на сертификата за акредитация;
- Валидност на акредитацията;
- Името на ИА "БСА" като национален орган, издал сертификата за акредитация;
- Стандартът, по който е акредитирана КЛИ.

	Фамилия	Дата	В сила от
Разработил:	инж.В. Влайкова	06.06.2018г.	02.07.2018г.
Проверил:	В. Васева	07.06.2018г.	Стр.1 от 5
Утвърдил:	инж.Св.Гъокова	08.06.2018г.	





„ПРОГРЕС“ АД
Стара Загора

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

ОП 8.03-02

КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ИЗПИТВАНЕ

8. ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

Версия: 01

8.3.УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(Възможност А)

Ревизия: 00

Задължително се изписва следния текст: "Сертификат за акредитация, БСА рег. № / валиден до, издаден от ИА «БСА», съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:.....".

Позоваването на акредитация се изписва под адреса на фирмата в шрифт Courier New, Bold червен цвят, с размер 10pt:



"PROGRESS" JSC
Stara Zagora

КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

6000 Стара Загора, кв. "Индуриален";
tel. +359 42 632807; fax. +359 42 605661
e-mail: laboratory@progress-az.com

Сертификат за акредитация
БСА рег.№ / валиден до, издаден от ИА
«БСА», съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISO/IEC 17025:.....

3.1.2. Права за ползване позоваване на акредитация

КЛИ може да се позовава на акредитацията на ИА „БСА“ само за дейности за които е акредитирана от ИА „БСА“ и отговаря на изискванията за акредитация на ИА „БСА“.

3.1.3. Правила за позоваване на акредитация при временно спряна и/или отнета акредитация на КЛИ

В случай, че на КЛИ временно е спряна акредитацията за част от дейностите или за всички акредитирани дейности, незабавно се спира позоваването на акредитацията от ИА «БСА» във всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

При отнемане на акредитацията, КЛИ незабавно спира използването, публикуването и разпространяването на документи, носещи позоваване на акредитацията от ИА «БСА». След отнемане на акредитацията тя не се декларира и/или демонстрира по какъвто и да е начин.

3.1.4. Правила за недопускане на позоваване на акредитация, предоставена от ИА „БСА“ за неакредитирани дейности

Акредитираната КЛИ не се позовава на акредитация и не създава предпоставки за объркване по отношения на неакредитирани дейности в случаите, когато:

	Фамилия	Дата	В сила от
Разработил:	инж.В. Влайкова	06.06.2018г.	02.07.2018г.
Проверил:	В. Васева	07.06.2018г.	Стр.2 от 5
Утвърдил:	инж.Св.Гъхова	08.06.2018г.	





КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ИЗПИТВАНЕ

8. ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

Версия: 01

8.3.УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(Възможност А)

Ревизия: 00

- Притежава Сертификат за акредитация само за част от своите дейности, може да се позовава на акредитацията от страна на ИА «БСА» само за акредитираните от ИА «БСА» дейности.
- При издаване документи, които касаят цялата структура на акредитираното лице "ПРОГРЕС" АД, е задължително в непосредствена близост до позоваването за акредитация да има ясно и четливо изписано изявление: "Списъкът на акредитираните площадки и техният обхват на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на организацията: www.progress-sz.com" и/или е даден като приложение към документа.

3.1.5. Правила за позоваване в Протоколи от изпитването

3.1.5.1. Общи изисквания

Позоваване на акредитация се използва върху протоколи от изпитването когато те съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на КЛИ.

Издаваните от КЛИ протоколи от изпитване не внушават и не навеждат на мисълта, че ИА „БСА“ носи отговорност за точността и достоверността на конкретни резултати от изпитването и калибрирането в оценения обхват на акредитация или че ИА „БСА“ е изпитвала определен обект и калибрирала ТС.

Когато КЛИ издава протоколи с резултати от дейности под акредитация, тя се позовава на акредитация.

Ако поради някаква причина КЛИ не се позовава на акредитация в издадените от нея протоколи с резултати от дейности под акредитация се счита, че тези дейности са извън обхвата на акредитация и КЛИ не е спазила правилата на ИА „БСА“ за позоваване на акредитация.

3.1.5.2. Специфични изисквания

КЛИ може да използва позоваване на акредитация върху протоколи, в които са включени мнения, интерпретации и друга информация, свързана с изследователски и/или проучвателни дейности. Когато тези мнения, интерпретации и изявления са в област извън акредитирания обхват, в протокола се включва задължително изявление под позоваването на акредитация със следния текст: **"Мнението, становището и**

	Фамилия	Дата	В сила от
Разработил:	инж.В. Влайкова	06.06.2018г.	02.07.2018г.
Проверил:	В. Васева	07.06.2018г.	Стр.3 от 5
Утвърдил:	инж.Св.Гюкова	08.06.2018г.	





„ПРОГРЕС“ АД
Стара Загора

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

ОП 8.03-02

**КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ИЗПИТВАНЕ**

**8. ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ**

Версия: 01

**8.3.УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(Възможност А)**

Ревизия: 00

интерпретацията, изразени в този протокол, са извън обхвата на акредитацията.

Текстът се изписва в шрифт Courier New, Bold Italic черен цвят, с размер 10pt:



"PROGRESS" JSC
Stara Zagora

КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

6000 Стара Загора, кв. "Индуриален";
tel. +359 42 632807; fax. +359 42 605661
[e-mail: laboratory@prockasa-bz.com](mailto:laboratory@prockasa-bz.com)

Сертификат за акредитация
BCA рег.№ / валиден до, издаден от ИА «BCA»,
съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISO/IEC 17025:.....

Мнението, становището и интерпретацията, изразени в този протокол, са извън обхвата на акредитацията

3.2.КЛИЕНТИ НА АКРЕДИТИРАНАТА КЛИ

Клиентите на акредитираната КЛИ могат да използват позоваване на акредитацията при условията дадени по-долу:

- КЛИ има документирана и внедрена процедура ОП 8.03-02 с правила за позоваване на акредитацията.
- Тази процедура е публично достъпна от сайта на "ПРОГРЕС" АД и се предоставя на клиенти и на потенциални клиенти.
- Забранено е позоваване на акредитацията от клиентите на КЛИ в писма, канцеларски и рекламни материали и др.

Тези изисквания определят условията, при които протоколите от изпитвания могат да бъдат възпроизведени или включвани в документи и материали на клиент, с изрично разрешение от страна на КЛИ.

КЛИ носи отговорността за контрол върху правилната употреба от потребителите на неговите услуги на позоваване на акредитацията от ИА „BCA“.

	Фамилия	Дата	В сила от
Разработил:	инж.В. Влайкова	06.06.2018г.	02.07.2018г.
Проверил:	В. Васева	07.06.2018г.	Стр.4 от 5
Утвърдил:	инж.Св.Пъхова	08.06.2018г.	





„ПРОГРЕС“ АД
Стара Загора

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

ОП 8.03-02

**КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ИЗПИТВАНЕ**

**8. ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ**

Версия: 01

**8.3.УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(Възможност А)**

Ревизия: 00

Върху издадените от КЛИ протоколи от изпитване се включва следния непроменен текст: 1. "Резултатите се отнасят само за обектите, предоставени от клиента и подложени на изпитване от лабораторията. 2. Протоколът от изпитването, ако не е в неговата цялост, не трябва да бъде възпроизвеждан без писменото разрешение на лабораторията." и в свидетелството за калибриране - "КЛИ извършва калибриране само за собствени нужди и не предлага тази услуга на клиенти. Резултатите се отнасят само за калибрираното средство за измерване. Не се допуска използването на копия от свидетелството за калибриране и части от него без писмено съгласие на КЛИ".

Копие от Протокола от изпитването се предоставя на клиент само след писмено заявление в свободен текст до КЛИ.

3.3. ЗЛОУПОТРЕВА С АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ

Позоваване на акредитацията, предоставена от ИА „ВСА“ от ООС, на които не е предоставена акредитация, на които е отнета или временно спряна акредитацията, се счита за нарушение по смисъла на ЗНАООС и се наказва съгласно разпоредбата на чл. 41 от същия. В глава VII, чл. 41 от ЗНАООС са посочени административно-наказателните разпоредби, размера на глобите и имуществените санкции, които варират от 2 000 до 10 000 лв. в зависимост от естеството на нарушението.

Неизпълнение на настоящите правила от акредитирани ООС, се счита за значително несъответствие по смисъла на Процедура за акредитация BAS QR 2, от което следва незабавно спиране за срок от 6 (шест) месеца или отнемане на акредитацията в зависимост от констатациите.

4. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

- Ф 7.08-01-01 Протокол от изпитване
- Ф 7.08-01-03 Свидетелство за калибриране



	Фамилия	Дата	В сила от
Разработил:	инж. В. Влайкова	06.06.2018г.	02.07.2018г. Стр. 5 от 5
Проверил:	В. Васева	07.06.2018г.	
Утвърдил:	инж. Св. Гьокова	08.06.2018г.	